

**WYJAŚNIENIA Nr 1  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

Nr postępowania: ZP/7/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. Dotyczy Pakietu nr 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 opasek gipsowych o czasie wiązania 3-4min?

**Zamawiający dopuszcza.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Zgodnie z SIWZ.**

**3. Dotyczy Pakietu nr 8 poz.2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 serwety operacyjnej niejałowej po praniu wstępnym 17-nitkowej, 4-warstwowej ze znacznikiem RTG i tasiemką?

**Zamawiający dopuszcza.**

**4. Dotyczy Pakietu nr 9** - W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), **dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji**, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937". Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

**Zamawiający dopuszcza.**

**5. Dotyczy Pakietu nr 13** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 opatrunków z wkładem chłonnym pokrytym mikroporowatą siateczką poliestrową, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Zgodnie z SIWZ.**

**6. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 1 jałowego opatrunku w rozmiarze 5x7cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**7. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 2 jałowego opatrunku w rozmiarze 10x10cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 6 jałowego opatrunku w rozmiarze 10x30cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

**9. Dotyczy Pakietu nr 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 jałowego opatrunku foliowego, wykonanego z samoprzylepnej folii poliuretanowej, wyposażonego w ramkę papierową i metkę do opisywania danych wklucia, utrzymującym właściwe środowisko rany, rozmiar 10x12cm, w opakowaniu zawierającym 50sztuk w ilości 40 opakowań?

**Zgodnie z SIWZ.**

**10. Dotyczy Pakietu nr 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 opasek podgipsowych, wykonanych z włókien syntetycznego poliestru, pakowanych po 6sztuk, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**11. Dotyczy Pakietu nr 20** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Zgodnie z SIWZ.**

**12. Dotyczy Pakietu nr 15** - Czy Zamawiający dopuści czas hemostazy do 2 min, rozmiar 5x 7,5 cm?"

**Zamawiający dopuszcza, jeżeli pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.**

**13. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

**Podany czas wiązania zawiera się w przedziale zamieszczonym w SIWZ.**

**14. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

**Zamawiający dopuszcza.**

**15. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**16. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**17. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**18. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**19. Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Zamawiający dopuszcza.**

**20. Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1-2** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Zgodnie z SIWZ.**

**21. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 40 gramowe?

**Zamawiający dopuszcza.**

**22. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zgodnie z SIWZ – pojedynczo pakowane.**

**23. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podani ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**24. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**25. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 1-4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**26. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne pakowane a'25 sztuk?

**Zamawiający dopuszcza.**

**27. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne 20x25cm pakowane a'25 sztuk?

**Zamawiający dopuszcza.**

**28. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne pakowane a'8 sztuk?

**Zamawiający dopuszcza.**

**29. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 1-4** - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zapotrzebowanie wyrażone jest w opakowaniach czy sztukach?

**W opakowaniach.**

**30. Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-6** - Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu jednostkowym z listkami do otwierania o tej samej długości?

**Zgodnie z SIWZ.**

**31. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 1-3** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zawiera się w przedziale zamieszczonym w SIWZ.**

**32. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 2-3** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra tkaninowego na podłożu wiskozowym, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, pakowanego w opakowania: poz. 2 a' 6 szt., poz. 3 a' 12 szt. z podaniem ceny za jedną sztukę?

**Zgodnie z SIWZ.**

**33. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 4-5** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra jedwabnego pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

**Zgodnie z SIWZ.**

**34. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-5 oraz Pakietu nr 5, poz. 1-4** - czy Zamawiający wymaga, aby kompresy gazowe miały podwinięte brzegi, były wykonane z gazy o grubości 15 tex oraz były sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 7?

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**35. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 1** - czy Zamawiający wymaga zaferowania gazy bawełnianej o szerokości 90 cm?

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**36. Dotyczy pakietu Nr 8, poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy pakowanej w opakowanie a' 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**37. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowania a' 500 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Zamawiający dopuszcza.**

**38. Dotyczy Pakietu nr 9 Poz. nr 1-4** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków chłonnych pakowanych w opakowania:

- Poz. 1- 25 x 1 szt.
- Poz. 2- 10 x 1 szt.
- Poz. 3- 15 x 1 szt.
- Poz. 4- 10 x 1 szt.

z podaniem ceny za jedną sztukę produktu

**Zamawiający dopuszcza.**

**39. Dotyczy Pakietu nr 13, poz. nr 1-6** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków samoprzylepnych pakowanych w opakowania jednostkowe, posiadające informację dot. jałowego otwierania w postaci jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla użytkownika sposobu zgrzewania, którego umiejscowienie określa nadrukowana strzałka (listki zgrzewu tej samej długości)?

**Zgodnie z SIWZ.**

**40. Dotyczy Pakietu nr 13, poz. nr 3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra w rozmiarze 15 x 8 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**41. Dotyczy Pakietu nr 17 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 14 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**42. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. nr 1-2 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek podgipsowych niejałowych pakowanych w opakowanie a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**43. Dotyczy Pakietu nr 20, poz. nr 1 -** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 20 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opatrunków samoprzylepnych.

**Zgodnie z SIWZ.**

**44. Dotyczy Pakietu nr 20, poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z nacięciem, do mocowania kaniul, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenu cynku, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym z dodatkową poduszczką zabezpieczającą miejsce wkłucia?

**Zamawiający dopuszcza.**

**45. Dotyczy ZAPISY SIWZ- PROJEKT UMOWY § 8, ust. 1a; 1b**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**46. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1, 2 -** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gaza hemostatyczna pochodzenia roślinnego, wykonana ze 100% oksydowanej, regenerowalnej, celulozy. Materiał o właściwościach bakteriobójczych, oparty na niskim poziomie pH 2,5-3,5, zapewniający hemostazę w ciągu 1-2 minut, wchłaniająca się całkowicie między 7-14 dniem. Proponowany opatrunek zapewnia szybką i efektywną miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, w zależności od rodzaju operacji oraz intensywności krwawienia. Wskazane jest w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwotoków z naczyń włosnaczkowych, żylnych oraz niewielkich krwotoków tętniczych. Każdy rodzaj zabiegów chirurgicznych również: anastomoza, ogniska nowotworowe, kardiochirurgia, neurochirurgia oraz chirurgia plastyczna Posiada działanie przeciwbakteryjne potwierdzone badaniami in vitro w stosunku do następujących mikroorganizmów: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E.Coli MRSA, VRE, MRSE , PRSP.

**Zamawiający dopuszcza.**

**47. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2 -** czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie rozmiaru podając 5 x 7,05 natomiast oczekuje zaoferowania rozmiaru 5 x 7,50 cm.

**Tak, omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje rozmiaru 5 x 7,50 cm.**

**48. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4 -** Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z jedną zapinką wewnątrz opakowania?

**Zgodnie z SIWZ.**

**49. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1 -** Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Zgodnie z SIWZ.**

**50. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1 -** Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Zgodnie z SIWZ.**

**51. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**52. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?  
**Zgodnie z SIWZ.**

**53. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Zamawiający dopuszcza.**

**54. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 1 zapinką?

**Zgodnie z SIWZ.**

**55. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

**Zamawiający dopuszcza.**

**56. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1-3** - Czy można zaoferować opaski gipsowe w opakowaniu a'2szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

**W SIWZ jest napisane, że mogą być po 2 szt. Cena za sztukę.**

**57. Dotyczy Pakietów nr 4, 5, 6, 7** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów, tupferów i setonów zarejestrowanych w klasie IIa reg. 7 jako inwazyjne wyroby chirurgiczne medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**58. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4** - Czy można zaoferować kompres włókninowy 40 gramowy w miejsce 30 gramowego, co jedynie pozytywnie wpłynie na jakość oferowanego wyrobu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**59. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1** - Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**60. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy w metrach bieżących o szerokości min. 90cm?

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**61. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu po 200mb z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości i podaniu ceny za opakowanie?

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**62. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek zgodnych z siwz, pakowanych zbiorczo w op. A'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem i podaniem ceny za opakowanie?

**Zamawiający dopuszcza.**

**63. Dotyczy treści umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 3 ust. 5 słów :” Zamawiający w ciągu 5 dni sprawdzi czy towar nie zawiera wad i zgłosi je Wykonawcy”? Obecny zapis umowy nie precyzuje kiedy nastąpi zapłata za dostawę towaru.

**Zgodnie z SIWZ.**

**64. Dotyczy treści umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 ust. 5 ze wzoru umowy? Obecny zapis nie określa precyzyjnie terminu płatności. Zamawiający ma prawo zareklamować towar w przypadku stwierdzenia wad, a Wykonawca w przypadku uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany towaru lub wystawienia faktury korygującej.

**Zgodnie z SIWZ.**

**65. Dotyczy treści umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów: "opóźnienia" na słowo: "zwłoki" w § 8 ust. 1a)?

**Zgodnie z SIWZ.**

**66. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 20 cm x 3m, o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund, zawierającej więcej niż 92% naturalnego gipsu. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

**67. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 15 cm x 3m, o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund, zawierającej więcej niż 92% naturalnego gipsu. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

**68. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund, zawierającej więcej niż 92% naturalnego gipsu. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

**69. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2, 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów tkaninowych i jedwabnych pakowanych a'6 szt. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

**70. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3, 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów tkaninowych i jedwabnych pakowanych a'12 szt. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

**71. Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków z gazy bawełnianej pakowanych a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

**72. Dotyczy Pakietu nr 17, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii poliuretanowej w rozmiarze 10cm x 14 cm, pakowanej a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

**73. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1, 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek podgipsowych pakowanych a'12 sztuk. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

**74. Dotyczy Pakietu nr 20, poz.2** - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu nr 20 i utworzenie oddzielnego pakietu, np. 20A. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej ilości oferentów.

Zgodnie z SIWZ.

**75. Dotyczy Pakietu nr 20** - Prosimy Zamawiającego o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej ilości oferentów.

Zgodnie z SIWZ.

**76. Dotyczy treści umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Zgodnie z SIWZ.

**77. Dotyczy treści umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru**

Zgodnie z SIWZ.

b) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami**

Zgodnie z SIWZ.

c) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).

Zgodnie z SIWZ.

**78. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1-2** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 6, modyfikacja ta pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania

Zgodnie z SIWZ.

**79. Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w rozmiarze 15x8 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

Zamawiający dopuszcza.

**80. Dotyczy Pakietu nr 11** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika wyrób medyczny nasączone 70% alkoholem izopropylowym 4-krotnie złożony na 8 warstw wykonany z wysokogatunkowej włókniny 50

g, pakowany pojedynczo, dostępny w rozmiarze po rozłożeniu 16cm x 10cm w opakowaniu 50 szt. Saszetka w rozmiarze 6 cm x 7 cm.

**Zamawiający dopuszcza.**

**81. Dotyczy Pakietu nr 11 -** Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego.

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**82. Dotyczy Pakietu nr 11 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie gazika w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Zamawiający dopuszcza.**

**83. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1 -** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Zgodnie z SIWZ.**

**84. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych, przepuszczających powietrze, przezroczyste, posiada proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, rozmiar 9 x 11 cm, dodatkowa etykieta (ramka) pozwala zapisać datę umieszczenia plastra, posiada trzy dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, w opakowaniu 100 szt.

**Zamawiający dopuszcza.**

**85. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2 -** Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie opatrunku w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Zamawiający dopuszcza.**

**86. Dotyczy Pakietu nr 15 -** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej posiadającej czas hemostazy 3-4 minuty.

**Podany czas mieści się w tolerancji zawartej w SIWZ.**

**87. Dotyczy Pakietu nr 15-** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5x7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa ani na jakość ani użytkowanie produktu.

**Zamawiający dopuszcza, wystąpiła omyłka pisarska.**

**88. Dotyczy Pakietu nr 21 -** Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Zamawiający nie używa gąbki w neurochirurgii.**

**89. Dotyczy Pakietu nr 21 -** Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Zgodnie z SIWZ.**

**90. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 7 -** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10,5cm x 13,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza.**

**91. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5cm x 17,2cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza.**

**92. Dotyczy Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 dopuści zaoferowanie opatrunków wykonanych z membrany poliuretanowej o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymogów Zamawiającego tj. 9x15 cm oraz zawierających 40 szt. opatrunków w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

Podpisał:

Prokurent  
Irena Dałek  
Prokurent  
Kamil Krzewicki

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego