

**WYJAŚNIENIA Nr 1  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/18/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymaniu tkankowym 40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian?  
Uzasadnienie:  
Zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna. Nić ma taki sam skład chemiczny oraz czas wchłaniania a inne powleczenie i profil podtrzymywania tkankowego, natomiast nie zmienia to przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w konkretnych cenach.  
**Zgodnie z SIWZ.**
2. **Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 3** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**
3. **Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 3** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 1, Pozycji nr 3.  
Uzasadnienie:  
Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zgodnie z SIWZ.**
4. **Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 3-8** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 3-8 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
5. **Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 9** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 9 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
6. **Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 15** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 15 nić o długości 150cm oraz igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**
7. **Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 15** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 8, Pozycji nr 15.  
Uzasadnienie:  
Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zgodnie z SIWZ.**
8. **Dot. Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?  
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretnych cenach.  
**Zgodnie z SIWZ.**
9. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**

10. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez dodatkowego zaostrenia, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**
11. **Dot. Pakietu nr 2, poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
12. **Dot. Pakietu nr 4** - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany w całości silikonem, pozostałe parametry bez zmian?  
**Uzasadnienie:** zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nie ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.  
**Zgodnie z SIWZ.**
13. **Dot. Pakietu nr 5** - Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?  
**Uzasadnienie:** Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia przeznaczenia nici, a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Zastosowanie substancji triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici, które ją zawierają. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing.  
**Zgodnie z SIWZ.**
14. **Dot. Pakietu nr 6** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka antybakteryjnego?  
**Uzasadnienie:** zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia przeznaczenia nici, a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Zastosowanie substancji triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici, które ją zawierają. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing.  
**Zgodnie z SIWZ.**
15. **Dot. Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach?  
**Uzasadnienie:** zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nie ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większe parametry podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewniają to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.  
**Zgodnie z SIWZ.**
16. **Dot. Pakietu nr 8, poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
17. **Dot. Pakietu nr 8, poz. 15** - Czy Zamawiający dopuści długość igły 65 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
18. **Dot. Pakietu nr 10** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**
19. **Dot. Pakietu nr 10** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?  
**Zgodnie z SIWZ.**

20. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 27 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
21. **Dot. Pakietu nr 5** - „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu plecionego, wykonanego z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekanego mieszką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia. Około 140% wstępnej minimalnej wartości siły węzła USP”  
**Zgodnie z SIWZ.**
22. **Dot. Pakietu nr 6** - „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu monofilamentowego, poliglikolanowe, jednowłóknowe wchłaniające, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, 80% wytrzymałości po jednym tygodniu, 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach, 50% po czterech tygodniach, 25% po sześciu tygodniach, wchłaniający do 180 dni”  
**Zgodnie z SIWZ.**
23. **Dot. wzoru umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „...dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.  
**Zgodnie z SIWZ.**
24. **Dot. wzoru umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.  
**Zgodnie z SIWZ.**
25. **Dot. wzoru umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
    - a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;**  
**Zgodnie z SIWZ.**
    - b) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.**  
**Zgodnie z SIWZ.**
26. **Dot. Pakietu nr 5 pozycja 1, 2, 3, 5** - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca pozostałe parametry bez zmian?  
Igła rozwarstwiająca typu Taperpoint plus posiada ulepszony profil części penetrującej, w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji. Igły Taperpoint Plus są igłami okrągłymi (tak w przekroju igły jak i pozbawione są części tnących) i posiadają wszystkie przypisane i wymagane od tego rodzaju igieł cechy. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**
27. **Dot. Pakietu nr 5 pozycja 4, 6, 7, 8** - Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?  
Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez chirurga. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**
28. **Dot. Pakietu nr 5 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**

29. **Dot. Pakietu nr 6 pozycja 1, 2, 8, 9, 10, 11** - Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?  
Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez chirurga. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**
30. **Dot. Pakietu nr 6 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, szew 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**
31. **Dot. Pakietu nr 6 pozycja 4, 5, 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści długość nitki 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.  
**Zamawiający dopuszcza.**
32. **Dot. Pakietu nr 2, poz. 8, 9, 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?  
**Zgodnie z SIWZ.**
33. **Dot. Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?  
**Zamawiający dopuszcza.**
34. **Dot. Pakietu nr 8** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych na basie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniałne 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?  
**Zamawiający dopuszcza.**
35. **Dot. Pakietu nr 8, pozycja 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
36. **Dot. Pakietu nr 8, pozycja 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm bez pętli?  
**Zgodnie z SIWZ.**
37. **Dot. Pakietu nr 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych na basie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniałne 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?  
**Zamawiający dopuszcza.**
38. **Dot. Pakietu nr 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77mm z nitką o długości 90cm?  
**Zgodnie z SIWZ.**
39. **Dot. Pakietu nr 10, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?  
**Zamawiający dopuszcza z igłą typu haczyk.**
40. **Dot. Pakietu nr 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłaniających, monofilamentowych o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok.70%, wchłanianiu 180-210 dni?  
**Zamawiający dopuszcza.**

Podpisał:

Prokurent  
Irena Dalek

Prokurent  
Kamil Krzewicki

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej Zamawiającego