

**WYJAŚNIENIA Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu i implantów artroskopowych.
Nr postępowania ZP/25/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **Dot. Sprzęt i implanty artroskopowe (umowa komisji) poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści miękką kotwicę o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów (po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm)?

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje iż w dniu 10.01.2020 r. skorzystał z prawa, które daje mu art. 38 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i udziela odpowiedzi na pytanie przesłane przez Wykonawcę, które wpłynęło po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania wniosków dotyczących wyjaśnień treści SIWZ dla tego postępowania upłynął **w dniu 07.01.2020r.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców iż zgodnie z art. 38 ust.1a nie będzie już udzielał odpowiedzi na wpływające obecnie pytania.

Podpisał:
Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego