

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/5/20

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **Dot. Pakietu nr 26** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymaniu tkankowym 40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
2. **Dot. Pakietu nr 26, poz. nr 2** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26, Pozycji nr 2 igłę o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
3. **Dot. Pakietu nr 26, poz. nr 3** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26, Pozycji nr 3 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
4. **Dot. Pakietu nr 26, poz. nr 3** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26, Pozycji nr 3 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
5. **Dot. Pakietu nr 26, poz. nr 3** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 26, Pozycji nr 3.
Zgodnie z SIWZ.
6. **Dot. Pakietu nr 26** - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź umożliwi równe traktowanie oferentów, a Zamawiający otrzyma możliwość skorzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.
Zamawiający dopuszcza.
7. **Dot. Pakietu nr 26 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
8. **Dot. Pakietu nr 26 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą konwencjonalnie tnącą pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
9. **Dot. Pakietu nr 26 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
10. **Dot. Pakietu nr 26, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez dodatkowego zaostżenia, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
11. **Dot. Pakietu nr 27** - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany w całości silikonem, pozostałe parametry bez zmian?
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici,

łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź umożliwi równe traktowanie oferentów, a Zamawiający otrzyma możliwość skorzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretnych cenach.

Zamawiający dopuszcza.

12. **Dot. Pakietu nr 8, poz. 1** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do doprecyzowanie parametru, czy zamawiający wymaga aby igła przeznaczona do portu naczyniowego posiadała dren? Doprecyzowanie parametru pozwoli wykonawcy na lepszy dobór asortymentu do opisu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza.

13. **Dot. Pakietu nr 26** - Czy Zamawiający dopuszcza szew chirurgiczny wykonany z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, w miejsce szwu poliglikolowego, powlekanego glikonatem? Czas podtrzymywania i wchłaniania zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

14. **Dot. pakietu nr 26, poz. 1, 2 i 4** - Czy Zamawiający w poz. 1, 2 i 4 dopuszcza nitkę długości 70cm, w miejsce odpowiednio 75cm, 75cm i 90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

15. **Dot. Pakietu nr 27** - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę w rozmiarze 76mm, nitkę długości 75cm oraz syntetyczny, niewchłaniający szew pleciony, wykonany z włókien poliestrowych, powlekanych jednolicie silikonem?

Zamawiający dopuszcza.

16. **Dot. Pakietu nr 28** - Czy Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10%L-laktydu, powlekanym w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L - laktyd 35/65) oraz w 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym 40-50% początkowej siły podtrzymywania po 21 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

17. **Dot. Pakietu nr 28, poz. 1** - Czy Zamawiający w poz. 1 dopuszcza nitkę 70 cm w miejsce 75 cm i igłę 76mm w miejsce 75mm?

Zamawiający dopuszcza.

18. **Dot. Pakietu nr 24** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika sterylnego.

Zgodnie z SIWZ.

19. **Dot. Pakietu nr 25:**

1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 30 mm.

Zgodnie z SIWZ.

2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy 12-15-18 mm.

Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości cięciwy 30 mm, końcówka temperowana ze średnicy 2,3 mm do 1,8 mm.

Zamawiający dopuszcza.

4) Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczyków z rękojeścią metalową.

5) **Zamawiający dopuszcza.**

6) Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy cewnika 7,5 Fr, z markerami na obu końcach balonu i końcówką cewnika cieniującą w RTG, długość cewnika 240 cm, długość balonu 55 mm.

Zamawiający dopuszcza.

20. **Dot. wzoru umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 4 oraz §10 ust. 2 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Zgodnie z SIWZ.

21. **Dot. wzoru umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;

Zgodnie z SIWZ.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo

zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.

Zgodnie z SIWZ.

22. **Dot. wzoru umowy** - Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak

23. **Dot. wzoru umowy** - Zważywszy na treść § 3 ust. 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 35% wartości całego zamówienia”.

24. **Dot. wzoru umowy** - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty zwłoki”

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Zgodnie z SIWZ.

25. **Dot. Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do mycia pola operacyjnego o następującym składzie:

5 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka

1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Zgodnie z SIWZ.

26. **Dot. Pakietu nr 13** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m² o wytrzymałości na wypychanie na sucho/ mokro w części krytycznej min. 361/384 kPa i chłonności min. 285% o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 170 x 300 cm

1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad min. 150 x 160 cm)

1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy

Taśma w serwetach lepnych pokryta klejem nierepozycjonowanym.

Zamawiający dopuszcza.

27. **Dot. projektu umowy § 3, ust. 7** - Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%
Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 23.

28. **Dot. zapisów SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Zamawiający dopuszcza przyjęcie oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta, a także gdy oświadczenie o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa a art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

29. **Dot. Pakietu nr 15, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 196 opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

30. **Dot. Pakietu nr 10 poz.1, 2** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG.

Zamawiający dopuszcza

31. **Dot. Pakietu nr 10 poz.1, 2** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dziecięcej ze zdejmowanym uchwytem, który ułatwia wprowadzenie kaniuli do naczynia.

Zgodnie z SIWZ.

32. **Dot. Pakietu nr 10 poz.1-2** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli posiadającej igłę potrójnie ściętą z tylnym szlifem, zapewniającą bezbolesne wkłucie?

Zamawiający dopuszcza.

33. **Dot. Pakietu nr 6** – naturalny preparat kościozastępczy - Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci bloków na bazie beta-trójfosforanu wapnia (ponad 95%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniały (12- 24 m-ce), porowatość 70%.

Substytut w postaci bloków kostnych o rozmiarach:

30x20x10 mm (6cc)

10x10x25 mm (2.5cc)

Zamawiający dopuszcza.

34. **Dot. Pakietu nr 11** - Czy Zamawiający wymaga aby Igła do biopsji gruboigłowej 14G x 100 mm była automatyczna czy półautomatyczna?

Półautomatyczna.

35. **Dot. Pakietu nr 12** - Czy Zamawiający ma na myśli opakowania po 10 szt. – zapotrzebowanie 10 opakowań?

Zamawiający miał na myśli 10 op. x 10 szt. lub 100 szt.

36. **Dot. Pakietu nr 11** - Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie w pakiecie 11, do jakiego typu (nazwy) pistoletu Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do biopsji gruboigłowej?

Zamawiający wymaga igieł półautomatycznych.

37. **Dot. Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający dopuści próbkę niesterylną?

Zamawiający dopuszcza.

38. **Dot. Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny zestaw do mycia pola operacyjnego o poniższym składzie: miska 250ml, 5 tupferów 40x50 cm z nitką RTG) korcang, Dodatkowo w zestawie 2 rękawice lateksowe, bezpudrowe, rozm. L?
Zgodnie z SIWZ.
39. **Dot. Pakietu nr 15** - Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne j.u. z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 196 opakowań?
Zamawiający dopuszcza golarki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 196 opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
40. **Dot. Pakietu nr 28** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?
Zamawiający dopuszcza.
41. **Dot. Pakiet nr 28, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77mm?
Zamawiający dopuszcza.
42. **Dot. Pakietu nr 26** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?
Zamawiający dopuszcza.
43. **Dot. Pakietu nr 26, poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 3 dopuści grubość nitki 0, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
44. **Dot. Pakietu nr 26, poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 3 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną, grubość nitki 2/0, długość nitki 70cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
45. **Dot. Pakietu nr 26, poz. 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 4 dopuści igłę okrągłą 31mm, grubość nitki 2/0, długość nitki 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
46. **Dot. Pakietu Nr 26, poz. 5 i 6** - Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 5 i 6 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
47. **Dot. wzoru umowy** – Czy Zamawiający wprowadzi poniższy zapis do umowy:
Siła Wyższa
- 1) Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
 - 2) Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
 - 3) W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
 - 4) Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
 - 5) Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Zamawiający dodaje § 10 do wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. **„Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane Siłą Wyższą.**

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."
48. **Dot. warunków umowy § 2 ust. 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Zgodnie z SIWZ.
49. **Dot. warunków umowy § 3 ust. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 23.
50. **Dot. warunków umowy § 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”
Zgodnie z SIWZ.
51. **Dot. warunków umowy § 7 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Zgodnie z SIWZ.
52. **Dot. warunków umowy § 8 ust. 1 a, b, c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
Zgodnie z SIWZ.
53. **Dot. Pakietu nr 25, poz. 1** - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Zamawiający wskazał tylko jedną średnicę pętli – 35 mm, czy Zamawiający nie wymaga zaoferowania dodatkowo również mniejszych pętli np. 20 cm i 25 cm?
W Pakiecie nr 25, poz. 1 - Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Pętla diatermiczna do polipektomii, wielorazowa (autoklawowana) na stałe połączona z rączką i osłonką z portem do płukania, owalna, śr. pętli: 20mm, 25mm, 35mm, śr. osłonki 2,3mm, długość 230cm”.
54. **Dot. Pakietu nr 19** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „konstrukcja wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenia skóry” ma na myśli to, że ostrze tnące

znajdujące się na górnej części, bowiem tylko takie rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymogu zawartego w SIWZ.

Tak.

55. **Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 10 poz. 1 i 2 kaniule w rozmiarach 24G i 26G, mają posiadać dodatkowy otwór przy ostrzu igły zapewniający natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co może redukować liczbę prób wprowadzenia kaniuli szczególnie w trudnych przypadkach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

56. **Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 10 poz. 1 i 2 kaniule w rozmiarach 24G i 26G mają posiadać min 5 pasków radiocieniujących, które gwarantują bezpieczeństwo pacjenta?

Zamawiający dopuszcza.

57. **Dot. Formularza Cenowego Pakiet nr 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

58. **Dot. zapisów umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 2 ust. 4 umowy na następujący:

„Zamówienia należy składać na nr faksu lub via e-mail:@..... do godziny 14.00.”

oraz dodaje do wzoru umowy do § 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy po godzinie 14:00 będą traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano.”

W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia **17.03.2020r.** do godziny **10⁰⁰**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2020r.** o godz. **10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w małej Sali konferencyjnej nr 08a – niski parter.

Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp zamieści zmianę treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Podpisał:

Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego