

WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę siatek przepuklinowych powierzchniowo tytanizowanych.
Nr postępowania ZP/6/20

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. Załącznika nr 2** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 dopuści siatkę przepuklinową powleczone tlenkiem tytanu w proporcjach 33%Ti i 66% O₂, niewchłaniającą, monofilamentową, wykonaną z polipropylenu, elastyczną o gładkiej powierzchni, lekka - 47g/m². Wielkość porów 2,8 mm x 3mm. Niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki i ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację. Siła rozciągania 55N/cm. Siatka posiadająca właściwości samonapełniające, samomocujące oraz adhezyjne z możliwością dowolnego docięcia bez strzępienia.

Pozycja 1 - rozm. 20x25cm; Pozycja 2 – 12x17cm; Pozycja 3 – 6x9cm lub 8x11cm?

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 – rozm. 20x25cm; w pozycji 2 – rozm. 12x17cm; w pozycji 3 – rozm. 8x11cm.

Podpisał:

Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego