

**WYJAŚNIENIA Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych.

Nr postępowania: ZP/12/20

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy zapisów SIWZ – Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w wymaganych rozmiarach z nożem w ładunku ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem 3,85mm i 4,5mm, do wyboru.

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pak. 3 poz. 1

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 1 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 60mm, posiadający nowy, ostry nóż w każdym ładunku. Posiadający uchwyt z antypoślizgową powłoką. Obustronna dźwignia i przycisk zwalniający. Stapler zapewnia równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem posiadającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pak. 3 poz. 2

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 2 dopuści ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 60mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Ładunek posiada 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8 mm, 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pak. 3 poz. 3

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 3 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 80mm, posiadający nowy, ostry nóż w każdym ładunku. Posiadający uchwyt z antypoślizgową powłoką. Obustronna dźwignia i przycisk zwalniający. Stapler zapewnia równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem posiadającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pak. 3 poz. 4

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 4 dopuści ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 80 mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Ładunek posiada 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8 mm, 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pak. 3 poz. 5

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 5 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 100mm, posiadający nowy, ostry nóż w każdym ładunku. Posiadający uchwyt z antypoślizgową. Obustronna dźwignia i przycisk zwalniający. Stapler zapewnia równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem posiadającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pak. 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 6 dopuści ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 100 mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Ładunek posiada 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8 mm, 4,8 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pak. nr 1 poz. 1

Czy w związku z niedostępnością staplerów jednorazowych typu AX55 Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia, wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 2?

Zamawiający dopuszcza

9. Dotyczy pak. nr 1 pozycja 3

Czy w związku z zaprzestaniem produkcji jednorazowych staplerów typu TL90 Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pak. nr 1 poz. 3

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 z Pakietu nr 1.

Zgodnie z SIWZ

11. Dotyczy pak. nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii szwu 57mm, cięcia 53mm, posiadający nóż stanowiący integralną część staplera, stapler dostarczany załadowany ładunkiem umieszczającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża (56 zszywek), linia zszywek dłuższa od linii cięcia, zszywki w wysokości 3,85 mm, 4,50 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek, Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia, wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 2?

Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy Pakiecie nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 będzie wymagał dostępności i zaoferowania staplera do tkanki naczyniowej (wysokość zamkniętej zszywki 1,0mm) wraz z odpowiadającym ładunkiem w pozycji 2?

Zamawiający nie wymaga.

13. Dotyczy pak. nr 3 pozycja 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii szwu 77mm, cięcia 73mm, posiadający nóż stanowiący integralną część staplera, stapler dostarczany załadowany ładunkiem umieszczającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża (76 zszywek), linia zszywek dłuższa od linii cięcia, zszywki w wysokości 3,85 mm, 4,50 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek, Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia, wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 4?

Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy pak. nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3 będzie wymagał dostępności i zaferowania staplera do tkanki pośredniej (wysokość zamkniętej zszywki 1,8mm) wraz z odpowiadającym ładunkiem w pozycji 4?

Zamawiający nie wymaga.

15. Dotyczy pak. nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 5 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii szwu 102mm, cięcia 98mm, posiadający nóż stanowiący integralną część staplera, stapler dostarczany załadowany ładunkiem umieszczającym 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża (100 zszywek), linia zszywek dłuższa od linii cięcia, zszywki w wysokości 3,85 mm, 4,50 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek, Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia, wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 6?

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. § 2 ust. 16 projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 16 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „...dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.

Zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy

W związku z zapisem § 7 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie finansowe za rok 2018.

"KSS" Sp. z o.o. jest jednym z szesnastu szpitali I stopnia podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego i jedynym szpitalem w powiecie kutnowskim. Szpital ma nieco szerszą ofertę medyczną niż typowa dla szpitala powiatowego oraz rozbudowaną ofertę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, biorąc pod uwagę I stopień referencyjności szpitala.

Od listopada 2019r. Zarząd Szpitala wdraża autorski program naprawczy, dzięki któremu będzie możliwe uzdrowienie gospodarki finansowej Spółki. Jedną z pozycji planu jest pozyskanie kredytu/pożyczki m.in. na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz dokonanie potrzebnych inwestycji, co Zarząd Szpitala poczynił z końcem maja 2020r.

W związku z powyższym Zarząd Szpitala nie widzi zagrożenia w postaci pogorszenia stanu finansowego.

19. Dotyczy zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b) projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;

Zgodnie z SIWZ.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego